

NO/42/2009

Radom, dnia 2009-08-19

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mineralizatora mikrofalowego, nr sprawy BP/09/2009, do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierająca następujące pytania:

Pytanie 1:

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę zamiast rotora 40 pozycyjnego rotora 10 pozycyjnego z naczyniami przystosowanymi do ciężkich próbek organicznych, o parametrach:

- pojemność 100 ml;
- maksymalne ciśnienie 100 barów;
- maksymalna temperatura 300°C;
- z systemem opartym na opatentowanym zaworze ciśnienia, który po przekroczeniu ciśnienia maksymalnego uwalnia nadmiar oparów z naczynia nie dopuszczając do eksplozji?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 40-pozycyjnego rotora z naczyniami przystosowanymi do mineralizacji olejów mineralnych.

Pytanie 2:

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę mineralizatora z mocą mikrofalową 1200 watów, która w zupełności wystarczy do szybkiej mineralizacji w rotorze 10-pozycyjnym?”

Odpowiedź:

Moc mineralizatora powinna umożliwiać całkowite, jednoczesne zmineralizowanie 40 próbek oleju.

Pytanie 3:

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę mineralizatora z czujnikiem temperatury w postaci termopary umieszczonej w naczyniu referencyjnym zamiast podwójnego czujnika IR?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czujnik temperatury w postaci termopary umieszczonej w naczyniu referencyjnym.

Pytanie 4:

„Czy zamawiający wymaga dostarczenia mineralizatora z czujnikiem ciśnienia we wszystkich naczyniach do bezpiecznego prowadzenia mineralizacji próbek organicznych?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga czujnika ciśnienia we wszystkich naczyniach mineralizacyjnych.

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych