

NO/45/2009

Radom, dnia 2009-09-01

### Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopu tunelowego STM, nr sprawy BP/11/2009, do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierająca następujące pytania:

**Pytanie1:**

*Czy rozdzielczość 2400 dpi dla druku w czerni oznacza rozdzielczość w pionie? Przy 2400 dpi w pionie, w poziomie jest zazwyczaj 600 dpi co stanowi bardzo dobre parametry dla drukarki. Proponujemy uszczegółowienie tego zapisu w następujący sposób: „Drukarka laserowa kolorowa formatu A4, rozdzielczość w pionie dla druku w czerni i w kolorze min. 2400 dpi, rozdzielczość w poziomie dla druku w czerni i w kolorze min. 600 dpi”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza następujące parametry w zakresie rozdzielczości drukarki dla druku w czerni i w kolorze: min. 2400 dpi w pionie oraz min. 600 dpi w poziomie.

**Pytanie2:**

*Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim?*

**Odpowiedź:**

Tak. Instrukcja obsługi może być sporządzona w języku polskim lub angielskim.

**Pytanie3:**

*Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w języku angielskim? Nasze pytania dotyczące języka angielskiego wynikają głównie ze specjalistycznego charakteru tego rodzaju rozwiązań i braku jednolitego słownictwa w języku polskim, w związku z czym przygotowanie zarówno instrukcji jak i szkolenia w języku polskim byłoby niezwykle problematyczne. Ponadto szkolenie będzie prowadzone przez specjalistę – naukowca aplikacyjnego bądź inżyniera serwisu pracującego dla producenta – firmy zagranicznej, który na co dzień posługuje się językiem angielskim.*

**Odpowiedź:**

Tak. Szkolenie może być przeprowadzone w języku polskim lub angielskim.

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia  
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych