

NO/41/2009

Radom, dnia 2009-08-18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lepkościomierza rotacyjnego, numer sprawy: BP/10/2009

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informuję, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, w opisie przedmiotu zamówienia (pkt III SIWZ) błędnie zapisano wymagany zakres temperatur dla układu Peltiera sterującego temperaturą płyty dolnej (pkt III.1.15 pozycja 1) – minimalna temperatura powinna wynosić -40°C (jest 40°C). W związku z tym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść pkt III.1.15 pozycja 1 na następującą:

„układ Peltiera sterujący temperaturą płyty dolnej, zakres temperatur: od -40 do 200°C ?”

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych