

NO/46/2009

Radom, dnia 2009-09-01

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopu tunelowego STM, nr sprawy: BT/11/2009

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z wyjaśnieniami udzielonymi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) informuję, że w treści SIWZ do sprawy numer BT/11/2009 wprowadza się następujące zmiany (zmienione fragmenty zaznaczono pogrubioną czcionką):

1. Treść punktu III.1.12 (tabela) zamienia się następująco:

12) Zestaw komputerowy	Procesor dwurdzeniowy, monitor LCD 19", drukarka laserowa kolorowa format A4 rozdzielczość dla druku w czerni i w kolorze: – pionowa: nie mniej niż 2400 dpi; – pozioma: nie mniej niż 600 dpi.
------------------------	---

2. Treść punktu III.10 zamienia się następująco:
*Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim **lub angielskim**, w zakresie obsługi oferowanego urządzenia oraz obsługi oprogramowania. Czas szkolenia: nie mniej niż 2 dni robocze.*
3. W załączniku nr 4 (wzór umowy), dotychczasową treść §3 ust. 6 zamienia się następująco:
*Dostawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową i instrukcję obsługi w języku polskim **lub angielskim** oraz deklarację o zgodności urządzeń z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania w Polsce i dotyczącymi tego typu urządzeń.*

Podpisał:

mgr inż. Wojciech Karsznia
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych